

SERVISNÍ SMLOUVA Č. ...

Mezi

Fakultní nemocnicí

Jihlavská 20, 639 00 Brno

zastoupenou ředitelem MUDr. Janem Burianem

dále „objednatel“

a

Fresenius Medical Care Česká republika spol. s r.o., Lužná 591,160 00 Praha 6

IČO: 45790884,

bank. spojení: BNP Dresdner Bank (ČR) a.s., Vítězná 1, Praha 5, č.ú. 259733/4000

zastoupenou panem Manfredem Riegerem

dále „zhotovitel“

se uzavírá tato smlouva:

1. Obsah smlouvy

Zhotovitel přejímá údržbu a servisní povinnost u přístrojů výše uvedeného
objednatele, instalovaných ve FN Brno včetně detašovaných pracovišť:

pořadové číslo:	popis:	výr. číslo:
1.	dialyzační přístroj A2008C	901AA774
2.	dialyzační přístroj A2008C	A1009
3.	dialyzační přístroj 4008E	2X0A0140
4.	dialyzační přístroj 4008E	3X0A1297
5.	dialyzační přístroj 4008B	5V5A1701

17/4

2. Periodické údržbové práce

2.1 Údržbové práce budou prováděny ve čtyřměsíčních intervalech, takže v každém roce budou provedeny tři plánované údržbové práce a tři bezpečnostní kontroly v rámci údržby. Drobný materiál určený k výměně v rámci této údržby je zahrnut ve smluvené paušální částce, výčet tohoto materiálu je součástí smlouvy.

2.2 Zhotovitel ohlásí termín údržby cca. 2 týdny předem. Objednatel je povinen připravit v daný den a čas, tj. pondělí až pátek 7.00 až 15,30 hod., dohodnuté přístroje a zařízení k provedení údržby. Veškerá dohodnutá dokumentace k provádění údržby musí být v daném čase k dispozici.

2.3 V rámci údržby budou provedeny všechny nutné práce potřebné k správnému přezkoušení, například u dialyzačních monitorů:

2.3.1 přezkoušení všech provozních a bezpečnostních systémů dle předpisu o údržbě,

2.3.2 přezkoušení všech mechanických a elektrických hodnot dle pracovního předpisu, úkony nutné k tomu, aby přístroj splňoval parametry výrobce uvedené v typovém osvědčení a zák. 505/90 o metrologii,

2.3.3 vyčištění a desinfekce všech hydraulických obvodů a dílů,

2.3.4 nastavení všech dávkovacích a mísících systémů,

2.3.5 promazání všech pohyblivých dílů, pump a motorů,

2.3.6 výměna drobných dílů dle směrnic pracovního předpisu,

2.3.7 odstranění závad, pokud je to možno prostředky, které jsou k dispozici,

2.3.8 zkušební provoz po provedené údržbě,

2.3.9 eventuální instruktáž obsluhy a upozornění na možné příčiny chyb,

2.3.10 provedení BK (bezpečnostních kontrol), potvrzení a dokumentace údržby a poruch v přístrojové knize.

3. Servisní činnost

3.1. Zhotovitel se zaručuje, že při vyskytnuvších se závadách zajistí opravu během 24 hodin po telefonickém nahlášení závady příslušnému servisnímu technikovi nebo do kanceláře firmy, pokud objednatel výslovně nepožádá o pozdější nástup k provedení opravy.

3.2. Pokud je k opravě zapotřebí náhradní díl, který nemá technik k dispozici, bude oprava ukončena nejpozději do 10-ti dnů, po této lhůtě bude objednateli bezplatně zapůjčen náhradní přístroj.

3.3 Běžné opravy a údržba budou prováděny na pracovišti objednatele, velké a generální opravy budou prováděny u zhotovitele.

3.4 Objednatel umožní servisnímu vozidlu zhotovitele vjezd do areálu nemocnice a parkování v něm po dobu trvání opravy.

Mly.

8. Forma smlouvy

Změny a doplňky této smlouvy se provádějí písemnou formou. Ústní ujednání nejsou závazná.

9. Trvání a vypovězení smlouvy

9.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu objednatelem.

9.2 Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.

9.3 Smlouvu je možno též vypovědět dohodou.

v *Doň 16/2*

za objednatele

dne.....

v *PRAŽE*

za zhotovitele

dne *7.1.1999*

Mag-

**Seznam náhradních dílů, dodávaných v rámci preventivních prohlídek dle
servisní smlouvy Fresenius pro rok 1999**

Dialyzační monitor 4008 B,E

obj.č.	název	ks	Kč/ks	celkem
5663071	Filter	4	47	188
5790971	O-Ring	2	21	42
6520291	Dichtkolben	2	172	344
6718111	Niete	2	37	74
6463071	Schlauchset	1	546	546
6725141	Laufband	1	238	238
6470261	O-Ring	1	7	7
5790951	O-Ring	1	23	23
6710791	O-Ring	1	8	8
6470931	Ventil	2	338	676
5790591	O-Ring	2	15	30

Celkem díly v ceně 2.176,- Kč

Mly.

Seznam náhradních dílů, dodávaných zdarma v rámci preventivních prohlídek dle servisní smlouvy FRESINIUS pro rok 1999

Dialyzační monitor A 2008C,E

obj.č.	název	ks	Kč/ks	celkem
6705741	Schlauchschelle	6	35	210
5630251	Feder Auslass	3	18	54
5652781	Feder Einlass	3	42	126
5652791	Dichtung	6	112	672
5790581	O-Ring	6	12	72
5727271	1-Ohr-Klemme	3	34	102
5663071	Filter	5	47	235
5790721	O-Ring	1	12	12
6417591	O-Ring	2	9	18
5790971	O-Ring	2	21	42
5631681	Sprengring	3	25	75
6461121	Sicherungsring	3	21	63
5790701	O-Ring	3	15	45
5790921	O-Ring	3	22	44
5790591	O-Ring	2	15	30
	Baterie	1	60	60

Celkem díly v ceně 1.860,- Kč.

Milg