

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j 17268-11/2012 ze dne 29.5.2012, v platném znění
se sídlem Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4, Česká republika

IČ:00023001

DIČ:CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D. - ředitelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také jen „*kupující*“)

a

LINET spol. sr.o.

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČ:00507814

DIČ:CZ00507814

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 163
jejím jménem jedná: Ing. Zbyněk Frolík, jednatel

Ing. Tomáš Kolář, jednatel a výkonný ředitel

Jan Horák, jednatel a obchodní a marketingový ředitel

Ing. Pavel Chýňava, prokurista a finanční ředitel

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také jen „*prodávající*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu

I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **IKEM - Pacientská polohovací lůžka**, evidované v IKEM pod č. **42/2016**. V případě, že je v této Smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen Občanský zákoník) a vychází ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. tohoto článku a z nabídky prodávajícího podané v rámci citovaného zadávacího řízení.
3. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v Občanském zákoníku.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu:
 - 1.1. Lůžka s váhou pro intenzivní péči v počtu 8 ks (4ks s nožním ovladačem a infuzním stojanem dle specifikace, 4 ks bez nožního ovladače) **přístroj - systém - typ ;Eleganza 3XC**
 - 1.2. Lůžka elektrická polohovací A v počtu 4 ks **přístroj - systém - typ ;Eleganza 2**
 - 1.3. Lůžka elektrická polohovací B v počtu 8 ks **přístroj - systém - typ ;Eleganza 1**

(dále též zboží nebo předmět plnění) splňujících technické podmínky stanovené kupujícím a ve specifikaci v příloze č. 1 této Smlouvy, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

Předmět plnění musí být dodáván plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy

2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Součástí předmětu plnění je doprava do místa plnění, pojištění spojené s dodávkou zboží, instalace a zprovoznění zboží včetně prověření bezchybné funkčnosti, instruktáž obsluhujících pracovníků provedená alespoň ve třech (3) termínech podle provozních potřeb zadavatele (včetně protokolu o této instruktáži), možnost bezplatného provedení poučení osobou poučenou výrobcem, popř. zástupcem, kterého k tomu, výrobce zmocní, k provádění instruktáží v souladu s § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, pro pět (5) zaměstnanců zadavatele, poskytnutí úplného bezplatného servisu po dobu záruční lhůty (minimálně 24 měsíců) s přímým zastoupením servisní společnosti v České republice, zajištění pozáručního servisu a údržby, minimálně po dobu 10 let, dodání návodu k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické verzi a dodávky příslušných prohlášení, atestů a certifikátů potřebných pro používání zboží.

Součástí zakázky je zaškolení techniků Oddělení zdravotní techniky (dále jen „OZT IKEM“) na provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) a servisu nabízených lůžek dle zákona č. 268/2014 Sb. s minimální platností na dva roky po skončení záruky.

III. Kupní cena

| | | |
|--|--------------|----|
| Kupní cena předmětu plnění celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí | 1 392 518,00 | Kč |
| DPH 15% činí | 208 877,70 | Kč |
| Kupní cena předmětu plnění celkem včetně DPH činí | 1 601 395,70 | Kč |

Z toho:

- Jednotková cena za lůžko s váhou pro intenzivní péči včetně nožního ovladače integrovaného do podvozku pro nastavení vyšetřovací nebo terapeutické výšky s mechanickou ochranou proti nechtěnému polohování a včetně infuzního stojanu bez DPH 116 240,00 Kč bez DPH
 - Jednotková cena za lůžko s váhou pro intenzivní péči bez nožního ovladače a bez infuzního stojanu 113 136,00 Kč bez DPH
 - Jednotková cena za lůžko elektrické polohovací A - 47 319,50 Kč bez DPH
 - Jednotková cena za lůžko elektrické polohovací B - 35 717,00 Kč bez DPH .
1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena předmětu plnění uvedená v článku III. je závazná a konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu Smlouvy. Prodávající není oprávněn cenu zvýšit ani účtovat Kupujícímu žádné další částky v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

Výjimku tvoří případ, kdy po uzavření této Smlouvy dojde v průběhu dodací lhůty ke zvýšení sazby DPH; v tom případě je Prodávající oprávněn Kupujícímu vyúčtovat DPH v plné výši, i když tím dojde ke zvýšení shora uvedené kupní ceny. Změny sazby DPH po uplynutí dodací lhůty nemají na kupní cenu vliv. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů ve lhůtě uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká podpisem Instalačního protokolu, způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

IV. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy.
2. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Přílohou faktury bude Instalační protokol osvědčující dodání a instalaci předmětu Smlouvy.
3. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen

zákon o DPH) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH.

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
5. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy sjednané touto Smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
6. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátec, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je kupující oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše kupní ceny bez DPH. Částka rovnající se DPH bude kupujícím přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
7. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši kupní ceny bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
8. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu číslo veřejné zakázky - tzv. identifikátor veřejné zakázky - jedná se o číselný údaj uvedený v zápatí této Smlouvy.
9. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má právo prodávající na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení s placením faktury.
10. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

V.

Doba a místo plnění

1. Dodací lhůta předmětu plnění je stanovena do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem plnění jsou jednotlivé kliniky.
Prodávající doručí zboží odpovědným osobám pro převzetí na místa určená kupujícím podle následujícího rozdělení:

| Klinika | Typ lůžka dle technické specifikace | Nožní ovladač u skupiny č. 1 - ANO/NE | Počet lůžek | Odpovědná osoba pro převzetí |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| Nefrologie (KN), | 1 | NE | 3 ks | Dialyzační a metabolické oddělení - s.s. |
| Transplantační a cévní chirurgie (TCH) | 1 | NE | 1 ks | Cévní chirurgické lůžkové oddělení - v.s. |
| | 3 | | 8 ks | Lůžkové oddělení - v.s. |
| Diabetologie (KD) | 2 | | 4 ks | Jednotka intenzivní péče - s.s. |
| Kardiologie (KK) | 1 | ANO | 4 ks | Oddělení akutní kardiologie - s.s. |

3. Spolu s předmětem plnění dodá prodávající:
 - Dodací list
 - Podrobný návod k užívání v českém jazyce v papírové a v elektronické podobě, obsahově a formou (vyobrazení) ekvivalentním s originálem sestaveným výrobcem.
 - Instalační protokol
 - Protokol o instruktáži
 - Záruční list
 - Prohlášení o shodě, v případě že se jedná o zdravotnický prostředek nikoli diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, bude uvedena třída rizika přístroje
4. Předmět plnění včetně všech jeho součástí je předán a dodávka řádně splněna podpisem instalačního protokolu a protokolu o instruktáži zástupci obou smluvních stran.
5. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění nabývá kupující vlastnické právo ke zboží a přechází na něj nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená, či která jinak nesplňuje podmínky této Smlouvy, zejména pak množství, jakost a provedení zboží.
6. Dodávka bude oznámena kupujícímu nejméně 2 pracovní dny předem, přičemž místem vyzoomnění je Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT kupujícího na email:
7. Předmět plnění bude zprovozněn a předán prodávajícím nejpozději do 15 pracovních dnů od jeho dodání-dopravení na místo plnění při zachování stanovené doby plnění.
8. Případné předinstalační požadavky budou kupujícímu zaslány písemně minimálně 40 dnů před plánovaným dodáním předmětu plnění.
9. V případě, že je součástí dodávky předmětu plnění počítač (PC, notebook nebo obdobné zařízení), pak bude na dodacím listu, případně na faktuře uvedena specifikace zařízení a jeho jednoznačná identifikace (sériové číslo, atp.)

- a. Operační systém musí být Windows verze 7 nebo 8 v edici "Professional", příp. Embedded a připraven na zařazení do Active Directory 2008 domain IKEM
 - b. Součástí dodávky musí být klientská licence Microsoft Windows Server 2012 CZ OEM DEVICE CAL
10. V případě, že je součástí dodávky předmětu plnění dodávka software (programového vybavení), pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tento software na předmětu plnění, se kterým byl dodán, nebo po předchozí dohodě prodávajícím na jakémkoliv vhodném zařízení kupujícího, a to plně použitelný a v souladu s jeho licenčním ujednáním. Na dodacím listu, případně na faktuře pak bude uveden název, verze, edice, jazyková mutace, typ licence, počet dodávaných licencí, sériová čísla (pokud je software má), licenční ujednání (EULA, např. jako součást instalátoru programu), nebo odkaz na něj, dodávaného software. Bude upřesněna součást dodávky software (instalační média, hardwarové klíče a jejich SN., licenční certifikáty, atp.).
11. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícími nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském.
12. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

VI.

Instalace a instruktáž

1. Instalace předmětu plnění je ukončena dnem podpisu instalačního protokolu.
2. Kupující svým podpisem instalačního protokolu potvrzuje funkčnost, kompletnost a uvedení do provozu dodaného předmětu plnění. Kupující má právo nepodepsat protokol v případě, že prodávající prokazatelně porušil smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
3. Proávající zajistí instruktáž zaměstnanců provedenou oprávněnou osobou v souladu s § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Instruktáž bude doložena na Protokolu o instruktáži podepsaném oběma smluvními stranami. Proávající se zavazuje realizovat instruktáž alespoň ve třech termínech podle provozních potřeb pracoviště kupujícího.

VII.

Záruka za jakost

1. Proávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této Smlouvy, bez právních či faktických vad. Proávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu 24 měsíců ode dne od okamžiku uvedení do provozu. V této době odpovídá kupujícímu za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto Smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou záruční opravu předmětu plnění, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů

spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že oprava nebude provedena na místě.

3. Záruka za jakost se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.
4. Záruční doba počíná běžet od data instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhujícího personálu a potvrzení záručního listu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Pro uplatnění záruky za jakost je rozhodující dodržení postupů a instrukcí, se kterými byl kupující seznámen při instalaci a zaškolení.
6. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na e-mail: Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky či e-mailem. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
7. Kupujícímu náleží volba práva z vadného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - a) nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - b) nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - c) nárokovat dodání nového zboží bez vad;
 - d) nárokovat přiměřenou slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění, nebo
 - e) odstoupit od této Smlouvy, neodstraní-li prodávající vady plnění v přiměřené lhůtě.
8. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu a zahájit servisní zásah nejpozději do doby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.
9. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy ode dne nahlášení vady.
10. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady nebo nezahájí servisní zásah podle čl.VII bod 8 této Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
11. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle čl. VII bod 9 této Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
12. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII bod 10 a 11.

13. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky dle této Smlouvy.

VIII.

Záruční a pozáruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu záruční a pozáruční servis minimálně po dobu 8 let od uvedení do provozu předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající doloží skutečnost, že osoba, která bude provádět záruční a pozáruční servis je osobou oprávněnou provádět servis ve smyslu § 65 odst. 4 a § 66 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. v případě, že zboží je zdravotnickým prostředkem podle zákona.
2. Záruční i pozáruční servisní zásah bude zahájen od nahlášení závady doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přečtení ze strany prodávajícího a to nejpozději do časového údaje uvedeného v Prohlášení k servisnímu zajištění, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
3. Cena servisu v Kč nad rámec záruky je stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje při neodstranění závady na zboží v sídle objednatele do 48 hodin od nahlášení závady, zapůjčit náhradní zboží pokud si to kupující vyžádá.
5. Po dobu záruční doby budou prováděny zdarma prodávajícím **úkony údržby** takto:
 - pokud je předmětem plnění zdravotnický prostředek podle zákona č. 268/2014 Sb. budou prováděny následující úkony odborné údržby:
 - a) pravidelné bezpečnostně technické kontroly,
 - b) případně další úkony a
 - c) kontroly elektrické bezpečnosti
 - pokud předmětem plnění **není** zdravotnický prostředek podle zákona č. 268/2014 Sb. budou prováděny následující úkony odborné údržby:
 - a) kontroly předepsané výrobcem a
 - b) elektrické revize.

Cena za provedení úkonů údržby v pozáruční době včetně ceny případného materiálu je stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

6. Kontaktní místo prodávajícího pro hlášení závad: (telefon, e-mail, případně jméno).
Kontaktní místo na bezplatnou telefonní technickou podporu: (telefon, případně jméno).
7. V případě, že součástí předmětu plnění jsou i paměťová média, bude kupujícímu doporučen optimální způsob zálohování dat ukládaných na paměťových médiích (pevné disky, paměťové karty, atp.), která jsou součástí dodávky.
8. Ochrana citlivých dat a osobních údajů: V případě jakékoli výměny paměťových médií, jsou-li součástí předmětu plnění, bude původní paměťové médium ponecháno kupujícímu.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vzniká oprávněné straně právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě.
2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla jednou ze stran u druhé smluvní strany uplatněna a hradí se formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků na bankovní účet oprávněné strany uvedený v této Smlouvě.
3. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

X.

Odstoupení

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídal alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto Smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této Smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít,
3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 Občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany se dle § 89 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze Smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s ní souhlasí a že její obsah nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 Prohlášení k servisnímu zajištění

Praha, dne: 12.07.2016
Za kupujícího:

Želevčice dne: 10.6.2016
Za prodávajícího:

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Ředitel IKEM

Petr Smetana
Vedoucí podpory obchodu

č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

1. Lůžko s vahou pro intenzivní péči Eleganza 3XC

| Zadavatel požaduje přístroje s těmito minimálními parametry: | Má tuto vlastnost? Pokud ANO doplňte údaj, je-li to možné | Poznámky |
|---|--|----------|
| plně elektrické lůžko se stabilní a snadno omyvatelnou konstrukcí, sloupová konstrukce výhodou | ANO-sloupová konstrukce | |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 450-750 mm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta | ANO-rozsah 410-790 mm | |
| polohovatelná vícedílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl | ANO | |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci střížných a posuvných smykových sil | ANO | |
| náklon do Trendelenburgovy (TR) a Antitrendelenburgovy (aTR) polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu | ANO - 13° | |
| manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci | ANO | |
| ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku se snadno dostupným držákem RTG kazety pod ložnou plochou ze strany lůžka | ANO | |
| možnost snímání pacienta s polohou C ramena kontinuálně bez omezení hrudníku až k pánvi pacienta | ANO | |
| možnost prodloužení/zkrácení lůžka min. 150 mm | ANO-240 mm | |
| ruční patientský ovladač s možností ovládání základních polohovacích funkcí | ANO | |
| pro 4ks nožní ovladač integrovaný do podvozku pro nastavení vyšetřovací nebo terapeutické výšky s mechanickou ochranou proti nechtěnému polohování | ANO | |
| centrální sesterský ovládací panel musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, TR/ATR, apod.) a nožních ovladačů | ANO | |
| kompaktní plastové a velmi snadno čistitelné dělené postranice s integrovanými ovladači | ANO | |
| alarm opuštění lůžka | ANO | |
| bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou | ANO | |
| kompaktní plastová a velmi snadno čistitelná odnímatelná čela lůžka s pojistnou aretací proti samovolnému uvolnění nožního čela | ANO | |
| integrovaný váhící systém umožňující vážení pacienta v jakékoli poloze lůžka v absolutním i přírůstkovém režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta | ANO | |
| pracovní vážitelnost integrované váhy min. 210 kg | ANO-250 kg | |
| relativní změna vážitelnosti váhícího systému na dílek bude max. 0,1kg | ANO-0,1 kg | |
| bezpečné pracovní zatížení lůžka min. 230 kg | ANO-250 kg | |
| rozměr ložné plochy min. 2000 mm x 900 mm (tolerance ± 50 mm) | ANO-2080 mm x 860 mm | |
| ochranné nárazníky v rozích lůžka | ANO | |
| centrálně brzděná kolečka s průměrem min. 150 mm | ANO-průměr 150 mm | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| system ochrany pro opomenutí nezabrzdného lůžka (např. alarm nebo automatická brzda) | ANO - automatická brzda | |
| včetně pasivní antidekubitní matrace se snadno snímatelným potahem a s ochrannou proti znečištění, | ANO - PrimaCare20 | |
| paropropustný, voděodolný materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, potah vysoce hygienický (spoje potahu kontinuálně svařované nebo lepené bez perforace), rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška min. 14 cm | ANO - výška 14 cm | |
| - shoda s platnou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 60601-2-52 v platném znění | ANO | |
| ochrana vniknutí vody a prachu min. IPx4 | ANO | |
| - napájení 230-240V/50-60HZ | ANO | |
| svod el.statického potenciálu (např. antistatickým pojízdným kolečkem, řetízovým svodem z konstrukce apod.) | ANO | |
| konektor PA pro vyrovnání potenciálů v patientském prostředí včetně min. 3m připojitelného kabelu standardizované barvy | ANO-3 m | |
| záložní baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO | |
| příslušenství: sklopitelná polička na transportní monitor, euro lišta s univerzálními háčky po bocích lůžka, hrazda s madlem (samonavíjecí systém), pro 4ks lůžek infuzní stojan | ANO | |

Další hodnocené požadavky v dílčím kritériu Technické parametry:

2. dílčí kritérium: Kvalitativní vlastnosti lůžek (Subjektivní hodnocení dalších parametrů) na základě předloženého vzorku, který bude splňovat minimální parametry, bude pro posouzení:

- úroveň bezpečnosti pro pacienta a personál (bezpečnost ovládacích prvků, vedení a krytí elektroinstalace, ostré hrany, mezery s nebezpečím střížných sil)
- uživatelská přívětivost z hlediska práce personálu s lůžkem (nejnižší nastavitelná výška ložné plochy, umístění a uživatelská srozumitelnost a čitelnost ovládacích prvků a symbolů, ovladatelnost a manévrovatelnost lůžka, čistitelnost lůžka)
- mobilita lůžka a řešení způsobu manipulace s bezpečnostními prvky a ergonomie provedení lůžka z hlediska mobility (manipulace s brzdami, odnímatelnými a polohovatelnými částmi lůžka při převozu, atd.)
- uživatelská přívětivost příslušenství

3. dílčí kritérium : Kvalita technických parametrů lůžek - technické parametry hodnocené z technické specifikace v nabídce uchazeče

- min. výška ložné plochy teleskopické sloupové konstrukce pod 42cm - ANO 41 cm
- teleskopická sloupová konstrukce - ANO
- centrální sesterský ovladač umístěný u nohou pacienta - ANO
- automatické brzdy - ANO
- alarm již při hrozícím pádu z lůžka - ANO
- dělené 3-dílné postranice - ANO
- automatická blokáce spuštění postranice při zatížení zevnitř (např. pacientem) - ANO

Pacientské elektrické polohovací lůžko A: - Eleganza 2

| Zadavatel požaduje přístroje s těmito minimálními parametry: | Má tuto vlastnost: Pokud ANO doplňte údaj, je-li to možné | Poznámky |
|---|---|----------|
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO | |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 230kg | ANO - 250 kg | |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | ANO | |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů | ANO | |
| - napájení 230-240V/50-60Hz | ANO | |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování (automatický odsun minimálně zádového dílu) pro prevenci dekubitů a komfort pacienta | ANO | |
| díly ložné plochy kompaktní a odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost | ANO | |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm | ANO - 31 cm | |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru | ANO - 16° | |
| mechanické rychlopusštění zádového dílu (CPR) | ANO | |
| odnímatelná kompaktní plastová čela (jednoduše čistitelná), s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, s barevnou výplní světle zelená | ANO | |
| dvoudílné sklopné postranice po celé délce lůžka s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou (bezpečné odjištění minimálně dvěma nezávislými pohyby!) s barevnou výplní světle zelená | ANO | |
| bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou | ANO | |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | ANO | |
| kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm | ANO - 150 mm | |
| oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství | ANO | |
| výsuvná polička na ložní prádlo u nožního čela | ANO | |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka | ANO | |
| zálohová baterie | ANO | |
| konektor PA pro vyrovnání potenciálů v patientském prostředí včetně min. 3m připojitelného kabelu standardizované barvy | ANO - 3 m | |
| matrace antidekubitní pasivní, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech | ANO - PrimaCareLO | |
| hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí | ANO | |
| nepožadujeme ovládání v postranicích | ANO - bez ovládání v postranicích | |

Další hodnocené požadavky v dílčím kritériu Technické parametry:

2. dílčí kritérium: Kvalitativní vlastnosti lůžek (Subjektivní hodnocení dalších parametrů) na základě předloženého vzorku, který bude splňovat minimální parametry, bude pro posouzení:

- bezpečnost pro pacienta a personál (bezpečnost ovládacích prvků, vedení a krytí elektroinstalace, ostré hrany, skřípací mezery)

ergonomie práce (nejnižší nastavitelná výška ložné plochy, umístění a uživatelská přívětivost (srozumě ovládacích prvků, ovladatelnost a manévrovatelnost lůžka, čistitelnost lůžka)

3. dílčí kritérium : Kvalita technických parametrů lůžek - technické parametry hodnocené z technické specifikace v nabídce uchazeče

- » min. výška ložné plochy teleskopické sloupové konstrukce pod 42cm - ANO 39,5 cm
- centrální sesterský ovladač umístěný u nohou pacienta - ANO
- teleskopická sloupová konstrukce - ANO
- autodiagnostika kapacity a životnosti baterie - ANO
- automatická blokáce spuštění postranice při zatížení zevnitř (např. pacientem) - ANO

pacientské elektrické polohovací lůžko B: - Eleganza 1

| Zadavatel požaduje přístroje s těmito minimálními parametry: | Má tuto vlastnost: Pokud ANO doplňte údaj, je-li to možné | Poznámky |
|--|--|----------|
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO | |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 220kg | ANO - 250 kg | |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | ANO | |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů | ANO | |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování (automatický odsun zádového a stehenního dílu v horizontálním a vertikálním směru) pro prevenci dekubitů a komfort pacienta | ANO | |
| díly ložné plochy kompaktní a odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost | ANO | |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm | ANO - 15 cm | |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru | ANO - 15° | |
| mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR) | ANO | |
| odnímatelná kompaktní plastová čela (jednoduše čistitelná), s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, s barevnou výplní - barva bude upřesněna zadavatelem | ANO | |
| 3/4-ní jednodílné sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou (bezpečné odjištění minimálně dvěma nezávislými pohyby!) | ANO | |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | ANO | |
| kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm | ANO - 150 mm | |
| oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství | ANO | |
| výsuvná polička na ložní prádlo u nožního čela | ANO | |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka | ANO | |
| zálohová baterie | ANO | |
| konektor PA pro vyrovnání potenciálů v patientském prostředí včetně min. 3m připojitelného kabelu standardizované barvy | ANO - 3 m | |
| matrace antidekubitní pasivní, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech | ANO - EfectaCare20 | |
| hrazda s výškově stavitelnou rukojetí | ANO | |

Další hodnocené požadavky v dílčím kritériu Technické parametry:

2. dílčí kritérium: Kvalitativní vlastnosti lůžek (Subjektivní hodnocení dalších parametrů) na základě předloženého vzorku, který bude splňovat minimální parametry, bude pro posouzení:

- bezpečnost pro pacienta a personál (bezpečnost ovládacích prvků, vedení a krytí elektroinstalace, ostré hrany, skřípací mezery)
- ergonomie práce (nejnižší nastavitelná výška ložné plochy, umístění a uživatelská přívětivost (srozumitelnost) ovládacích prvků, ovladatelnost a manévrovatelnost lůžka, čistitelnost lůžka)

3. dílčí kritérium : Kvalita technických parametrů lůžek - technické parametry hodnocené z technické specifikace v nabídce uchazeče:

- min. výška ložné plochy teleskopické sloupové konstrukce pod 40cm - ANO 39,5 cm
- centrální sesterský ovladač umístěný u nohou pacienta - ANO
- autodiagnostika kapacity a životnosti baterie - ANO
- ovládaní postranic nahoře (na nebo nad úrovní ložené plochy) - ANO

Petr Smetana
Vedoucí podpory obchodu

Prohlášení k servisnímu zajištění

| | Požadavek na: | Uchazeč vyplní svou nabídku : | Poznámka: |
|-----|---|--|-----------|
| 1. | Uchazeč poskytuje službu technického servisu pro technologii dodanou a zprovozněnou na území ČR, za ceny v ČR obvyklé ANO/NE | ANO | |
| 2. | Uchazeč se zaručuje zajistit servisní podporu po dobu záruční lhůty od data uvedení technologie do provozu ANO/NE | ANO | |
| 3. | Servisní pracovníci uchazeče, kteří připadají v úvahu pro styk s pracovníky zadavatele, jsou schopni komunikovat v českém jazyce. ANO/NE | ANO | |
| 4. | Adresa pro nahlášení závady: e-mail: Telefon: | | |
| 5. | Cena za provedení úkonů pravidelné údržby (BTK) v pozáruční době včetně ceny případného potřebného spotřebního materiálu pro BTK a času stráveného na cestě (maximálně 1.000,- Kč/ km požadavek IKEM) | Eleganza 1, 2 - 420,-/lks Eleganza 3XC - 690,-/lks čas na cestě - 240,- Kč (počítáno za 1 výjezd) roční cena celkem za všechna lůžka při 1 výjezdu 10.800,- | Kč |
| 6. | Četnost pravidelných úkonů údržby předepsaných výrobcem | 1 | počet/rok |
| 7. | Cena pozáručního servisu v Kč/l hod včetně času stráveného na cestě (maximálně 850,- Kč/ km požadavek IKEM) | 500,- | Kč/l hod |
| 8. | Cena dopravy za servis po záruce (maximálně 15,- Kč/ km požadavek IKEM) | 10,30 | Kč/km |
| 9. | Ceny obvyklých náhradních dílů - uchazeč zpracuje ceník jako samostatnou Přílohu č. 5 B. | Samostatná příloha | |
| 10. | Zahájení servisního zásahu (doba nástupu na opravu) nejpozději do 6 hodin od jeho nahlášení (uchazeč může uvést i dobu kratší) | 6 mimo nočních služeb | |
| 11. | Doba opravy v případě záručního i pozáručního servisu, resp. odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při | 24 hodin bez použití ND 72 hodin při použití ND | |

| | | | |
|-----|---|-----------|--|
| | použití náhradních dílů do 72 hodin od nahlášení závady, (uchazeč může uvést i dobu kratší) | | |
| 12. | Zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy na náklady uchazeče. ANO/NE | ANO | |
| 13. | Záruční doba min. 24 měsíců od dne instalace. Uchazeč může nabídnout vyšší. | 24 měsíců | |
| 14. | Garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení. | ANO | |

Dne 10.6.2016

Podpis (zaproávajícího)

Poznámka: ceny v Kč (korunách českých) vyplňte do tabulky bez daně z přidané hodnoty

Petr Smetana
Vedoucí podpory obchodu